スイングロータ Swing Rotor　R4SS2

最高回転速度: Max. Speed	4,400rpm
最高遠心加速度: Max. R.C.F.	5,350×g
ロータ最大容量（呼称） Max. rotor capacity (nominal)	400～500mL 血液バック X8 袋 Blood bags (400-500 mL) X 8 bags





使用可能血液バック一覧表
Applicable blood bags

インナカップ Inner cup	メーカ/ブランド Maker/Brand	品名 Name	Part No.	タイプ(袋数) Type (Number of bags)	最高回転速度 Max. speed	最大遠心加速度 Max. RCF
500ML インナカップ 500ML Inner cup Part. No.S310852A (4pcs.)	テルモ(株) TERUMO COPORATION	400mL 血液バッグ (市販品) 400mL Blood bag (marketed)	BB-QM407J01	Quadruple	4,400rpm	5,350×g
	川澄化学工業(株) KAWASUMI LABORATORIES. INC	500mL 血液バッグ (市販品) 500mL Blood bag (marketed)	KBP-500C	Single	4,400rpm	5,350×g
	MITRA INDUSTRIES PVT.LTD	450mL 血液バッグ (市販品) 450mL Blood bag (marketed)	D-450	Double	4,400rpm	5,350×g
			T-450	Triple	4,400rpm	5,350×g

※: 市販品の血液バックは、メーカ指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用すると血液バックが破損する場合があります。

※: When using blood bags on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any blood bags whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the blood bags may be broken during operation.

・ ご使用前に必ずロータの取扱説明書を、よくお読みになり、正しくご使用ください。
・ Before using these rotors, please carefully read the rotor instruction manuals for your safety.